

富士市物品購入等公募型指名競争入札案件

1. 契 約 番 号 機装(東機)第7-1号
2. 件 名 富士市東部浄化センター水質測定計器 (DO計、MLSS計)
3. 納 入 場 所 富士市富士岡南260番地の1
4. 納 入 期 限 令和8年2月27日
5. 概 要 別紙案件概要のとおり
6. 申請書提出期限 令和7年8月1日
7. その他参加に必要な条件等
 - (1) 富士市の物品買入れ等に係る競争入札参加資格を受けていること。
 - (2) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
 - (3) 富士市物品購入等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止の期間中でないこと。
 - (4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
 - (5) 当該物品調達に係る営業に関し、必要とする許可、認可を得ていること。
 - (6) 静岡県内の本店または支店、営業所での登録者であること。

富士市物品購入等公募型指名競争入札参加申請書

上記の物品購入等の指名競争入札について、参加に必要な条件等を満たしており、入札に参加したいので申請します。

(あて先) 富士市長

令和 年 月 日

住 所
商 号
氏 名

- ・本申請書を持参またはファクシミリにより、上下水道経営課に提出してください。

提出先 富士市上下水道部上下水道経営課 F A X 0 5 4 5 - 6 7 - 2 8 9 0

- ・送信票は、必要ありません。 この申請書のみ（1枚）をFAX送信してください。
- ・審査の結果については、後日通知します。

申請書提出期限から1週間を過ぎても通知が届かない場合にはお問い合わせをお願いします。

機装(東機)第7-1号 富士市東部浄化センター水質測定計器 (DO計、MLSS計) 案件概要

1. 品名・数量

No.	品 名	数量・単位
1	1系No. 1反応槽DO計	1 組
2	3系No. 1反応槽MLSS計	1組
3	現場作業費	1 式
4	諸経費	1 式

※同等品可

DO 計、MLSS 計は、仕様が下記の機種と同一かそれ以上であること。

同等品の場合、担当者にカタログ等を提示し許可を得た上で入札に参加すること。内訳書品名欄にメーカー・品番等を記載し、入札日の2営業日前までに内訳書下段に確認した日付、担当者名を必ず記入すること。

2. 条 件

[1 系 No. 1 反応槽 DO 計]

形 式：浸漬形（落とし込み）

測定原理：光学式（蛍光式）

防水種類：防雨形(JIS C 0920)

取付方法：アームパイプ取付

材 質：電極ホルダー SUS304 3m

取付金物 SUS304

繰返し性：±5.0[%FS]

付属装置：取付金物、専用ケーブル 10m

仕 様：測定範囲 0～20.00mg/L

伝送出力 DC 4～20mA

電源 AC 100V 50Hz

自動洗浄装置

備 考：ポールスタンド、信号線、電源線、電線管は既設流用可。

手元開閉器盤を設置すること。（屋外ボックス及び MCCB2P32AF/3A）

参考品番：変換器 sc200(東亜 DKK)

検出器 LD02 型(東亜 DKK)

手元開閉器盤 P10-12A

[3 系 No. 1 反応槽 MLSS 計]

形 式：浸漬形（落とし込み）

測定原理：光電反射式、近赤外散乱光式または光透過式

防水種類：防雨形(JIS C 0920)

取付方法：アームパイプ取付

材 質：電極ホルダー SUS304 3m

取付金物 SUS304

繰返し性：±5.0[%FS]以下

付属装置：取付金物、専用ケーブル 10m

仕 様：測定範囲 0～5,000mg/L

伝送出力 DC 4～20mA

電源 AC 100V 50Hz

自動洗浄装置

備 考：ポールスタンド、信号線、電源線、電線管は既設流用可。

参考品番：変換器 sc200(東亜 DKK)

検出器 TSS W sc(東亜 DKK)

〔現場作業費〕

- ・搬入、据付設置費を含むこと。
- ・既設接続費、機器取付調整費を含むこと。
- ・MLSS 計の校正に係るサンプリングの検体数は3検体以上とすること。
- ・既設処分費を含むこと。(マニフェストの写しを提出すること。)

〔諸経費〕

- ・その他掛かる経費を含むこと。

3. その他

- ・事前に納入品図を提出し、納入時に市担当者の検収を受けること。
- ・設置完了後職員に使用方法等の説明を行うこと。
- ・現地調整報告書、検収時等の写真帳を提出すること。
- ・搬入、据付設置を行う時期は、下水道施設維持課と協議すること。
- ・関係法令を遵守し、資格を要する作業は有資格者が実施すること。

※仕様に関する問い合わせ先 下水道施設維持課 鈴木 TEL 0545-67-2846